



Геронтолошки
центар Београд

МБ: 07028768

ПИБ: 100011573

Марије Бурсаћ бр. 49

Датум: 24 NOV 2016
Број: 03061-1093
Тел./ факс +38111/ 2602-653, 2604-928
Централа: +38111/ 2695-605
Лиценца бр.0001 Услуга домског смештаја
Лиценца бр.0002 Услуга помоћи у кући

Предмет: Појашњење у вези са припремом понуде за ЈН 41/2016-

НАБАВКА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ

Дана 23.11.2016. године, примили смо електронску пошту следећег садржаја:

У конкурсној документацији у опису производа Antidekubitalni dusek, стављено је у опису да је душек из 4 дела висине 20cm.

DuSek из 4 дела је јако редак и не доноси никакве предности у односу на стандардни дусек из 3 дела, а с обзиром да је јако редак смањује се број понудата и са тим и могућност да се постигне што боља цена.

Висина душека од 20cm је ван стандарда, јер су стандардни antidekubitalni дусеци висине од 14 до 17cm

cm! Јако је опасно због бедности пацијента поставити тако висок дусек, јер се тиме смањује безбедност

ограда кривета тј. са висим дусеком добијате, практично, није оградце.

Мислимо да је ово довољно да у конкурсној документацији измените ову ставку и ставите: Antidekubitalni dusek из 3 делависине 14-17cm- (како би се добио што већи број понудата и тиме постигла што боља цена)..

За категорију корисника, за коју су намењени предметни кревети и душеци, а у циљу пружање адекватне неге, неопходно је да душеци буду из четири дела.

По питању дебљине душека, већ је претходно појашњено, наиме, у Обрасцу структуре цене се поткрала техничка грешка. Код описа антидекубитивног душека, треба да стоји: Дебљина душека максимум 200 мм .



"Геронтолошки центар Београд"

С. Мишић

Директор