



Геронтолошки
центар Београд

Марије Бурсаћ бр. 49

МБ: 07028768
ПИБ: 100011573

Датум: 29 MAY 2017
Број: 0301-2051
Тел./ факс +38111/ 2602-653, 2604-928
Централа: +38111/ 2695-605
Лиценца бр.0001 Услуга домског смештaja
Лиценца бр.0002 Услуга помоћи у кући

**Предмет: Појашњење у вези са припремом понуде за ЈН 7/2017, партија
7/2/2017**

ПЕЛЕНЕ ЗА ОДРАСЛЕ

Дана 26.05.2017. године, примили смо електронску пошту следећег садржаја:

GERONTOLOŠKI CENTAR BEOGRAD

**PREDMET: ZAHTEV ZA IZMENU KONKURSNE DOKUMENTACIJE IZ
RAZLOGA UOČENIH**

**NEPRAVILNOSTI U POSTUPKU JAVNE NABAVKE "SANITETSKI I
MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL I PELENE ZA ODRASLE –
JN 07/2017"**

На основу одредбе člana 63. stav 2. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS" br. 124/2012, 14/2015 I 68/2015), обраćamo se sa zahtevom za dodatnim pojašnjenjem, odnosno zahtevom za izmenu konkursne dokumentacije u postupku javne nabavke pod gornjim brojem.

У одговору на наш предјашњи З-аhtев за izmenu konkursne dokumentacije od 18.05.2017. godine, vezan za tzv. "TBS SLOJ", обавестили сте нас да "postoji više ponudjača koji mogu ponuditi proizvod TRAŽENIH KARAKTERISTIKA", te da iz tog razloga nemate nameru da izvršite izmenu konkursne dokumentacije. Međutim, iz navedenog odgovora i dalje ostaje otvoreno više pitanja, a pre svega ostaje nejasno koja je то karakteristika коју понуђено добро треба да испуњава како би

mnogobrojni ponuđači mogli da pripreme prihvatljivu ponudu u skladu sa ZJN.

Kako biste konačno otklonili sve očigledne nejasnoće u tehničkom opisu predmetnog dobra i konkursnu dokumentaciju ispravili na način da ponudjači na osnovu nje mogu da pripreme prihvatljivu ponudu u skladu sa Zakonom, dužni ste da razjasnite sve zahtevane tehničke karakteristike predmetnog dobra.

S obzrom da _____ u svojstvu potencijalnog ponudjača u svom asortimanu poseduje preko 15 vrsta pelena za inkontinenciju i preko 60 tipova istih sa različitim tehničkim karakteristikama, izradjenih od različitih materijala, za sačinjavanje prihvatljive ponude nam je neophodno potrebna tačna i precizna informacija kako sledi:

1. šta se tačno pod TBS slojem smatra, odnosno od kog materijala je predmetni sloj sačinjen. Vaš odgovor da se pod istim smatra „sloj nalik tekstilu“ ne daje ponudjačima informaciju od kog materijala se taj sloj sastoji. Po čemu je taj sloj nalik tekstilu? Po izgledu, boji, strukturi ... odnosno na koji način i kojim metodama ponudjači mogu da ustanove da li je neki materijal „nalik tekstilu“ da bi ponudili adekvatno dobro. Po definiciji, pod tekstim se podrazumevaju **„prirodna, veštačka i sintetička vlakna koja su pogodna za predenje i izradu tekstilnih proizvoda“**. **Shodno navedenom, ostaje i dalje nejasno da li je „sloj nalik tekstilu“ sačinjen od prirodnih, veštačkih, sintetičkih ili nekih drugih vlakana, pa ste dužni da nam na navedeno dostavite odgovor.**
2. *Iz pitanja pod tačkom 1. sledi i drugo logično pitanje:* koju prednost će imati pacijenti koji koriste pelene sa slojem pod nazivom „TBS“, u odnosu na one koji koriste pelene sa slojevima koji u svom nazivu ne sadrže oznaku „TBS“, kad nije poznato od kog materijala je sloj TBS sačinjen. Ovo pogotovo iz razloga što je tzv TBS sloj postavljen celom dužinom spoljašnje strane pelene koja ne dolazi u kontakt sa kožom pacijenta, ne utiče na osećaj komfora, pa ostaje nejasno čemu isti služi.
3. da li TBS sloj možda utiče na sposobnost pelene da propušta paru po celoj svojoj površini ili u pojedinim svojim delovima, uz istovremeno zadržavanje tečnosti, te na taj način održava pacijenta suvim? Ukoliko TBS ima takvu funkciju da utiče na propuštanje pare i održavanje pacijenta suvim, to bi mogao biti jedini logičan razlog vašeg zahteva za posedovanjem ovog sloja. Drugi ne postoji.

Ukoliko ostajete i dalje na stanovištu neophodnosti posedovanja spoljašnjeg sloja od tekstila ili celuloze (pri čemu i dalje ostaje nepoznato o kakvom tekstu se radi), dužni ste da odgovorite čemu tačno taj

spoljašnji sloj služi, da li on utiče na neku od dodatnih karakteristika pelene (koju pelena ne bi imala da takvog sloja nema), te da na taj način objasnite ovako postavljenu tehničku specifikaciju kojom se protivno ZJN označava dobro odredjene proizvodnje i ograničava konkurenca medju ponudjačima, korišćenjem diskriminatorskih uslova i kriterijuma.

Najljubaznije vas molimo da u zakonom propisanom roku otklonite uočene nepravilnosti, kako ne bismo bili prinudjeni da o navedenim nepravilnostima obavestimo nadležne organe.

MOLIM ZA POTVRDU PRIJEMA

Поштовани,

Као што смо и у претходном појашњењу конкурсне документације на основу вашег захтева, назначили разлоге због којих се тражи пелена са наведеним спољашњим слојем налик текстилу целом дужином пелене или одговарајућег („non.vowen“) меког површинског слоја попут памука или целулозе, односно слоја који није најлон, који пружа већи комфор корисницима, те обзиром на искуство у коришћењу ових помагала, да се уз ову карактеристику пелена смањује површински притисак и ризик од иритације коже, сматрамо да је на овај део питања дат јасан одговор.

Уколико не постоји ознака ТБС, али ако пелена поседује карактеристике које су предвиђене у спецификацији, Комисија за јавне набавке ће, приликом стручне оцене понуде прихватити сваку понуду за добра која, по техничким карактеристикама, одговара спецификацији траженој конкурсном документацијом.

Наручилац има право да тражи пелену која има боље карактеристике од пелене са најлонским слојем, односно квалитетнију пелену у односу на добијену претходном јавном набавком, обзиром на потребе установе за бољим квалитетом, те да установа забрињава старије кориснике са осетљивом кожом. Квалитетније помагало које поседују тражену карактеристику свакако повољно утиче на побољшање квалитета живота корисника, смањење потрошње пелена и олакшање процеса неге.

