



Датум: 18 AUG 2017
Број: 03061-3237
Тел./ факс +38111/ 2602-653, 2604-928
Централа: +38111/ 2695-605
Лиценца бр.0001 Услуга домског смештаја
Лиценца бр.0002 Услуга помоћи у кући

Предмет: Појашњење у вези са припремом понуде за ЈН 26/2017-

НАБАВКА НАМЕШТАЈА ЗА КОРИСНИКЕ УСЛУГА ДОМСКОГ СМЕШТАЈА РАДИ
ПОСТИЗАЊА МИНИМАЛНИХ УСЛОВА И СТАНДАРДА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Дана 17.08.2017. године, примили смо електронску пошту следећег садржаја:

Предмет: појашњење по Ј.Н.бр. 26/2017, Партија: 26/1/2017 Медицински
кревети и столице за кориснике
Поштовани,
У појашњењу техничке спецификације ЈН 26, бр. 03061-3236 од 17.08.2017.
навели сте:

1. Да захтевате кревете са платформама из 2 сегмента и душеке из 4 сегмента.
-Молимо да наведене димензије сегмената душека.
-Да ли су сегменти душека у истој навлаци, или су у појединачним навлакама спојени заједничком подлогом?
2. Да је намена столице :транспорт болесника и пружање услуга корисницима(инфузија...)
Да би столица требала да буде опремљена сталком за инфузију и помоћним сточићем.
Да би столица требало да има и функцију обарања наслона леђа.
-Да ли столица треба да има и тачкове(пошто је предвиђена за транспорт) и рукохвате за гурање колица ?
-Да ли сточић и сталак за инфузију чине целину са столицом?
-Ако су сталак и сточић причвршћени за столицу, са које стране (леве /десне) би требало да буду позиционирани?
-До ког степена захтевате обарање наслона столице?
3. Да су кревети опремљени сталком за инфузију
-Да ли сталци за инфузију чине целину са креветом, или су мобилни?
-Ако захтевате да сталци за инфузију буду причвршћени за кревет, где би требало да буду позиционирани?
-Колико укупно сталака за инфузију за кревете захтевате, обзиром да у првобитној(и измењеној)техничкој документацији нисте навели?

1. Сегменти треба да буду спојени заједничком подлогом, а могу да буду у истој навлаци или у засебним навлакама. Димензије сегмената: $80\pm 2\text{cm} + 25\pm 2\text{cm} + 40\pm 2 + 50\pm 2\text{cm}$, а ширина треба да одговара ширини понуђеног кревета.

2. Столица треба да има два или четири точка и рукохвате за гурање столице или један засебан попречни рукохват. Сталак за инфузију и сточић су саставни део транспортне столице. Прихватићемо све позиције сталка и сточића. Обарање наслона леђа не сме да буде мање од 30° .

3. Сталци за инфузију јесу саставни део кревета и обично су позиционирани у пределу узглавља са леве или десне стране кревета. Сваки кревет треба да буде опремљен сталком за инфузију.

"Геронтолошки центар Београд"

