



Број:

18225-241578

Датум: 18 ОСТ 2019

Тел./ факс +38111/ 2602-653, 2604-928

Централа: +38111/ 2695-605

Лиценца бр.0001 Услуга домског смештаја

Лиценца бр.0002 Услуга помоћи у кући

У складу са чланом 63. став 3 Закона о јавним набавкама, наручилац даје следеће

**Појашњење у вези са припремом понуде за ЈН 31/2019**

**ОПРЕМА ЗА ДОМ СТАЦИОНАР**

Дана 17.10.2019. године примили смо електронску пошту следећег садржаја:

Поштовани,

Обраćamo Vam se u vezi konkursne dokumentacije za otvoreni postupak JN 31/2019 Oprema za dom stacionar partija 1.

Za stavku 1 Električni krevet zahteva se da Trandelenburg položaj bude do 30 stepeni što je u suprotnosti sa EN 60601-2-52 Evropski standard o bezbednosti bolničkih kreveta . Naime , ugao od 30 stepeni koji zahtevate je opasan po pacijenta , jer pod tim uglom pacijent klizi niz površinu kreveta i udara telom o čeone stanice . Naručilac bi trebalo da poštuje evropski standard bezbednosti i u skladu sa tim da propiše ugao Trandelenburga vodeći računa о bezbednosti pacijenta , jer je pomenuto dobro namenjeno upravo za pacijente. Svi renomirani svetski proizvođači proizvode bolničke krevete u skladu sa ovim standardom и nijedan od njih ne proizvodi krevet sa Trandelenburg položajem do 30 stepeni.

Molimo Vas da poštujete evropski standard bezbednosti i tehničku specifikaciju uskladite sa истим ,u suprotnom ћemo biti prinuđeni да svoja prava potražimo kod Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

Takođe , za istu stavku zahtevano je da podizanje uzglavlja bude 80-85 stepeni. S obzirom da ovako veliki ugao dovodi pacijenta u nezgodan i neprirodan položaj prilikom koga može doći do povrede pacijenta ne vidimo opravdanost ovakvog zahteva . Svi svetski proizvođači posuduju krevet sa podizanjem uzglavlja do 75 stepeni što je u skladu sa normama i standardima o proizvodnji bolničkih kreveta .

Zbog navedenog Vas molimo da izmenite tehničku specifikaciju s obzirom da ne postoji nikakva opravdanost za ovim zahtevom i na ovaj način se favorizuje jedan ponuđač . Molimo Vas da navedete koji proizvođači mogu da ispune zahtev Trandelenburg 30 stepeni i podizanje uzglavlja 80-85 stepeni. Prema dostupnim informacijama na našem tržištu su registrovani različiti modeli bolničkih kreveta , ali ne mogu da ispune ovaj zahtev. Obaveza naručioca u skladu sa članom 10 Zakona o javnim nabavkama je obezbeđivanje što je moguće veće konkurenkcije , dok iz navedenog proizilazi da je u ovom slučaju prekršen ovaj član zakona.

U delu dodatnih uslova zahteva se da ponuđači poseduju ISO 27001 . Naime , ovaj standard se odnosi на заштиту и безбедност информација и значајан је за организације које се баве услугама у областима које су повезане са информационим технологијама и потребом

za očuvanjem bezbednosti informacija . Molimo Vas da razjasnите relaciju nabavke bolničkog nameštaja , posteljine i ostale opreme koja je predmet postupka JN 31/2019 i standarda ISO 27001 . Molimo Vas da se ovaj uslov ukloni jer nije primenljiv na ovaj postupak JN.

Molimo Vas da se ova tri zahteva uvaže i da postupite u skladu sa Zakonom o Javnim nabavkama , pri tom poštujući evropski standard bezbednosti , Zakon o medicinskim sredstvima i važeće pravilnike po kojima medicinska sredstva moraju biti usklađena sa evropskom regulativom.

Ukoliko ne uvažite naše zahteve i ne izvršite izmenu konkursne dokumentacije bićemo prinuđeni da se obratimo Republičkoj komisiji.

**Molimo Vas da potvrdite prijem mejla u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i Zakonom o upravnom postupku.**

S poštovanjem ,

Поштовани,

1. Приликом изrade спецификације за електрични кревет тражена функција је грешком названа Транделенбург, мислећи на функцију подизања узножја 30<sup>0</sup> (без трупа) ради релаксације корисника. Што се тиче Транделенбург положаја прихватићемо све понуде које имају ту функцију без обзира на степен подизања и приступити изменама конкурсне документације.
2. Тражени степен нагиба узглавља је оправдан због специфичности корисника који се често хране у кревету и где је неопходно да узглавље буде што више управљено али ћемо прихватити Вашу сугестију и прихватити кревете који имају најмање 75<sup>0</sup> могућност нагиба узглавља и приступити изменама конкурсне документације.
3. Наручилац је конкурсном документацијом тражио поседовање стандарда ISO 27001 за Партију 31/1/2019- Медицински кревети и медицински намештај, док су за остале партије конкурсном докуменатацијом тражени други услови, те није тражено поседовање стандарда ISO 27001. Наручилац је имајући у виду процењену вредност дате партије исти захтевао у погледу додатних услова и доказивања пословног капацитета понуђача. Наручилац је установа социјалне заштите и у Дому Стационар налазе се на забрињавању непокретни или теже покретни корисници, те је предмет јавне набавке, а посебно предмет наведене партије којом се обезбеђује здравље и безбедност корисника, од посебног значаја за наручиоца, те захтев поседовања стандарда ISO 27001 јесте оправдан и сертификација пружа врсту сигурности и доказ о постизању квалитета и усаглашености са међународним нормама, те на крају одражава пословни капацитет потенцијалног понуђача. Увидом у тржиште и искуством из неких претходних набавки може се лако утврдити да многи потенцијални понуђачи имају тражени стандард, а с обзиром да Закон о јавним набавкама омогућава удруžивање више понуђача како би конкурентност била што већа и како би се дошло до најповољније понуде остајемо при овом захтеву.



в.д. директора,

спец. др мед. Срђан Димитријевић  
