



Датум:

30 MAR 2017

Број:

03061-1240

Тел./ факс +38111/ 2602-653, 2604-928

Централа: +38111/ 2695-605

Лиценца бр.0001 Услуга домског смештаја

Лиценца бр.0002 Услуга помоћи у кући

Предмет: Појашњење у вези са припремом понуде за ЈН 5/2017-

### НАБАВКА МЕДИЦИНСКИХ КРЕВЕТА

Дана 28.03.2017. године, примили смо електронску пошту следећег садржаја:

**U konkursnoj dokumentaciji broj 5/ 2017, U Tehničkoj specifikaciji traži se:**

1.16 Podesivost visine kreveta 270 mm

**Pitanje :**

**Na šta se odnosi - podesivost visine kreveta 270 mm? Ajviša ili najniža tačka ?**

Da li je moguće ponuditi bolnički krevet koji ima podešavanje visine 400-800 mm ?

Očekujemo pozitivan odgovor po ovom zahtevu i sprovođenje javne nabavke usklađeno sa Zakonom o javnim nabavkama.

a 29.03.2017. године, следећа питања:

**Pitanje 1.** U vezi javne nabavke 5/2017, Nabavka medicinskih kreveta, na strani 18 konkursne dokumentacije, Tehničke karakteristike, redni br. 1.13. navodi se: "Podesivost lednog dela platforme od 0 – 75 stepeni". Naručilac nije dao nikakve tolerancije odstupanja. Da li je prihvatljivo da se ta tačka izmeni i da glasi: "Podesivost lednog dela platform od 0-70 stepeni i više"?

**Pitanje 2.** U vezi javne nabavke 5/2017, Nabavka medicinskih kreveta, na strani 19 konkursne dokumentacije, Tehničke karakteristike, redni br. 1.15. navodi se: "Podesivost nožnog dela dela platforme od 0 – 45 stepeni". Naručilac nije dao nikakve tolerancije odstupanja. Da li je prihvatljivo da se ta tačka izmeni i da glasi: "Podesivost nožnog dela platforme od 0-34 stepena i više"?

**Pitanje 3.** U vezi javne nabavke 5/2017, Nabavka medicinskih kreveta, na strani 19 konkursne dokumentacije, Tehničke karakteristike, redni br. 1.17. navodi se da se: "Spoljašnje dimenzije 2120x970mm x 450-720mm" . Naručilac nije dao nikakve tolerancije odstupanja. Da li je prihvatljivo da se ta tačka izmeni i da glasi: "Spoljašnje dimenzije da budu u granicama od (2120-2180mm)x(970-990mm)"?

**Pitanje 4.** vezi javne nabavke 5/2017, Nabavka medicinskih kreveta, na strani 19 konkursne dokumentacije, Tehničke karakteristike, Dodatni pribor, redni br. 1.21. traži se: "Antidekubitalni dušek, četiri segmenta sa navlakom. Debljina dušeka maksimum 200mm" .

Da li je prihvatljivo da ponuđač ponudi antidekubitalni dušek sa navlakom izrađen od jednog monobloka poliuretanske pene s obzirom da je takav dušek boljeg kvaliteta od četvorosegmentnog duška?

Prihvatanjem predloženih izmena ispunjavate načelo konkurentnosti, a sve u skladu sa članom 10 Zakona o javnim nabavkama i ne „zaključavate“ tehnički opis za samo jednog ponuđača.

-Наведене карактеристике су минималне захтеване техничке карактеристике. Прихватљиво је понудити кревете са истим или бољим карактеристикама.

-Нисмо у могућности да прихватимо веће димензије кревета због ограниченог простора у собама. Наручилац остаје при свом захтеву.

-Не може се прихватити душек израђен од моноблока полиуретанске пене. Неопходан је четворосегментни душек јер је, због природе пацијената којима је намењен, некада неопходно прати одређене делове душека, а да се не пере цео душек. Наручилац остаје при свом захтеву.

"Геронтолошки центар Београд"



С. Мишић

Директор